



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Satu Mare
Strada Avram Iancu Nr. 16, 440079, ROMÂNIA
Telefon: 0261/ 750483, FAX: 0261 / 768103
e-mail office@dspjism.ro



Nr2155..... / 23.03.2018

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Mihai Macrina Livia

DIRECTOR EXEC. ADJ.ECONOMIC
Ec. Meghisan Marius

**CAIET DE SARCINI
BIDISTILATOR CU REZERVOR
COD CPV 42910000-8 Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare**

1. GENERALITATI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara. Cerintele impuse vor fi considerate minimale.

Anuntul publicitar se regaseste pe site-ul www.e-licitatie.ro la sectiunea Publicitate-Anunturi

2. OBIECTUL ACHIZITIEI : 1 BUC BIDISTILATOR CU REZERVOR

COD CPV 42910000-8 Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare

3. VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI - 21848,74 lei fara TVA

4. MODALITATEA DE ACHIZITIE

- achizitie directa în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

5. PREȚUL OFERTEI ;

Oferta va fi exprimata in lei fara TVA , oferta va fi ferma si nu va putea fi modificata si va contine inclusive transportul si instalarea aparatului la sediul autoritatii contractante .

6. CRITERIUL DE EVALUARE : Oferta cu prețul cel mai scăzut

7. CONDITII DE CONTRACTARE :

- termen de livrare – Livrarea ,inclusiv punerea in functiune a aparatului in maxim 60 zile
- garantia acordata pentru aparat – minim 2 ani
- postgarantie - minim 10 ani
- termen de plata - 30 zile de la receptia si punerea in functiune a aparatului , prin Ordin de Plata in contul de Trezorerie indicat de furnizor

8. DOCUMENTE OBLIGATORII :

- Fisa tehnica sau cartea tehnica a produsului oferat
- Documente / Certificate emise de producator din care sa rezulte respectarea cerintelor de calitate a apei produse , conform SR EN ISO 3696/2002

9. CERINTE TEHNICE MINIMALE ALE APARATULUI

- calitatea apei bidistilate produsă, conform SR EN ISO 3696/2002 Calitatea 1 :
- conductivitate, la 25°C, max 5 μ S/m
- absorbanta la 245 nm max. 0,001 unități de absorbantă
- conținut în silice max. 0,01 mg SiO₂/l
- debit de apă bidistilată minim 4 l/ora
- consum energie electrică max 5 – 6 kW
- pretratarea apei de alimentare de un sistem de deionizare prin rașină cu recondiționare automată (duritatea apei din Satu Mare este cca. 9 -11 gr. Germane)
- sisteme de siguranță pentru control automat al alimentării și al consumului de apă, permitând astfel funcționarea nesupravegheată
- bidistilatorul va fi prevazut cu rezervor extern de colectare a apei bidistilate (intre 20-40 litri,) cu control automat al nivelului în rezervor
- funcție de spălare automată,
- separator de vapori din sticlă borosilicată
- elementele de încălzire din quartz
- protecție la supraîncalzire și oprire automata a funcționării în cazul unui nivel scazut al apei de alimentare
- aparatul va avea marcaj CE
- **La livrare , aparatul va fi insotit de certificat de garantie, certificat de conformitate , carte tehnica in limba romana**

10. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZITIEI :

Achizitia se finalizeaza prin catalog electronic de la ofertantul declarat castigator in urma evaluarii ofertelor cu conditia indeplinirii cerintelor minime din caietul de sarcini .
Achizitia se finalizeaza prin incheierea unui contract de furnizare .

11. TERMEN DE DEPUNERE A OFERTEI

Oferta se depune in plic la sediul Directiei de Sanatate Publica Satu Mare , str. Avram Iancu nr. 16 Camera 112 Secretariat , **pana la data de 03.04.2018 ora 12,00** .

Plicul sigilat va fi inscriptionat cu urmatoarele informatii :

Denumirea ofertantului ,adresa , telefon,fax

„ A nu se deschide inainte de data de 03.04.2018 ora 12,00

MANAGER TEHNIC LABORATOR
Chim. Pr. Stier Stefan

COMPARTIMENT ACHIZITII
Ec. Pantis Dorina