



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SATU MARE  
STRADA AVRAM IANCU NR. 16, 440079, ROMÂNIA  
TELEFON: 0261/ 750482, FAX: 0261 / 768103  
E-MAIL OFFICE@DSPJSM.RO



Nr. 6480 / 12.09.2018

Aprobat  
DIRECTOR EXECUTIV  
Dr. Mihai Macrina Livia

Avizat  
DIRECTOR EXEC. ADJ.ECONOMIC  
Ec. Meghisan Marius

**CAIET DE SARCINI**  
**POMPĂ DE PRELEVARE AER - PORTABILĂ**  
**COD CPV 42122460-2 – Pompe de aer**

**1. INFORMAȚII GENERALE**

Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare ; Cod fiscal : 3896593 ; Adresa : Satu Mare Str. Avram Iancu nr. 16 , telefon 0261/750482, fax 0261768103 ; e-mail ; [achizitii@dspjism.ro](mailto:achizitii@dspjism.ro) ; [office@dspjism.ro](mailto:office@dspjism.ro)

Caietul de sarcini conține specificații tehnice minime de bază , care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante

**2. OBIECTUL ACHIZITIEI : POMPĂ DE PRELEVARE AER PORTABILĂ**

**3.CANTITATE - 1 BUC**

**4.VALOAREA ESTIMATA FARA TVA : 8403,36 RON**

**5.SURSA DE FINANȚARE-VENITURI PROPRII**

**6. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ :**

6.1.Characteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt minime,obligatorii și eliminatorii .

6.2.Ofertele care nu îndeplinesc cerințele sunt declarate neconforme potrivit Art. 137,al.(3),litera a) din HG 395/2016

**6.3 CARACTERISTICI TEHNICE MINIME :**

Pompa de prelevare aer portabilă pentru recoltarea particulelor și vaporilor de solvenți din aer în zone de lucru.

- pompa portabila (personala, greutate <1 kg) pentru prelevări in zona de respirație a angajaților
- debitul de aspirare: variabil, debitele de lucru uzuale 0,2 l/min și 2 l/min
- control debit <±5%
- timp de prelevare programabil, oprire programabilă
- modalitate de programare direct pe pompa si prin PC
- soft de management și transfer date spre PC
- conectivitate prin Bluetooth
- afișaj LCD
- compensarea volumului de aer prelevat la temperatura și presiune barometrică la condițiile de referință din (HG 1218/2016 (25°C și 1 atm) – calcularea și afișarea volumului compensat
- baterie reincărcabila, timp de functionare cu baterii incarcate min. 8 ore

#### **Accesorii:**

- încărcător baterie
- cap de prelevare pentru vapori solventi tip NIOSH (lungime tubusor cu carbune activ 70 mm )- 1 BUC
- cap de prelevare pentru pulberi tip IOM (diametru filtru 25 mm) - 1 BUC
- tub de legatura pompa – cap prelevare -2 BUC

6.4. Specificațiile tehnice și de calitate trebuie să fie susținute obligatoriu de documentații și fișe tehnice – Fișa tehnică a produsului (de la producător) și fișa tehnică în limba română de unde să rezulte caracteristicile și performanțele aparatului .

## **7. CONDIȚII DE LIVRARE**

- Livrarea la sediul beneficiarului fără alte cheltuieli . transport și instruire personal incluse în preț .
- Termenul de livrare este de maxim 45 zile de la semnarea contractului .

### **7.1. DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE**

Documentele care se transmit de către ofertant la livrarea aparatului :

- Declarație de conformitate pentru produs
- Certificat de garanție minim 2 ani
- Manuale de întreținere și de utilizare în limba română
- Certificat de calibrare

## **8. CONDIȚII DE GARANȚIE**

- Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului că produsul furnizat este nou și nefolosit
- Termen de garanție minim 2 ani
- Service pe durata perioadei de garanție cu personal specializat
- Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii trebuie să fie de maximum 3 zile lucrătoare.

