



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Satu Mare

Strada Avram Iancu Nr. 16, 440079, ROMÂNIA
Telefon: 0261/750482, FAX: 0261/768103
e-mail office@dspjism.ro



Nr. 6200 / 05.09.2018

INVITAȚIE

**de participare la atribuirea contractului pentru achiziția 1 buc
SPECTROMETRU CU FLORESCENȚA RAZELOR X (FRX) PORTABIL
COD CPV 38433000-9 Spectrometer**

INFORMAȚII GENERALE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare ; Cod fiscal : 3896593 ; Adresa : Satu Mare Str. Avram Iancu nr. 16 , telefon 0261/750482, fax 0261768103 ; e-mail ; achizitii@dspjism.ro ; office@dspjism.ro

OBIECTUL ACHIZITIEI : SPECTROMETRU CU FLUORESCENȚA RAZELOR X (FRX) PORTABIL

COD CPV 38433000-9 Spectrometer

CANTITATE 1 BUC

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA : 121848,74 RON

SURSA DE FINANȚARE-VENITURI PROPRII

DESCRIERE CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ

- SPECTROMETRU CU FLUORESCENȚA RAZELOR X (FRX) PORTABIL care să măsoare următorii parametrii din pulberile recoltate din aer pe filtru de hârtie:
- Ba, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Ag, Pd, Zr, Mo, Sr, U, Rb, Th, Pb, Se, As, Hg, Zn, W, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S, Cl, P, Si, Al, Mg și altele
- limite de detecție mici, până la nivel de ppm;
- precizie mare de măsurare, în special la concentrații mici și timpi de măsurare redus
- mod de măsurare și etalonare pt determinarea metalelor grele din pulberi de pe filtru de hartie
- spectrometru portabil, sub formă de pistol, cu detector de înaltă rezoluție tip SDD
- sursa de fluorescență cu tub de raze X miniaturizat
- memorie pentru stocarea de date pentru sistemul de operare intern, metodele de calibrare și procedeele de operare; cu memorarea rezultatelor, inclusiv spectrele; precum și bibliotecile de elemente; și care să permită reținerea datelor fără baterie/alimentare pe perioade îndelungate
- software pt. transmiterea datelor la PC, compatibil Windows
- ecran de afișare și operare sistem "touch-screen", grafic, cu creion electrostatic operare și tastatură "virtuală"
- acumulatori cu autonomie minim 10 ore,
- alimentator- încărcător la 220 V curent alternativ
- stand de măsurare, ecranat
- livrare și montare de către furnizor
- service cu personal autorizat

Specificațiile tehnice și de calitate trebuie să fie susținute obligatoriu de documentații și fișe tehnice – Fișa tehnică a produsului (de la producător) și fișa tehnică în limba română de unde să rezulte caracteristicile și performanțele aparatului în domeniul solicitat .

CONDIȚII DE PARTICIPARE

- Pot depune oferte persoane fizice sau juridice înregistrate la Registrul Oficiului Comerțului care au ca obiect de activitate comercializarea de aparatură

CONDIȚII DE CONTRACTARE

Îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini .

Caietul de sarcini se poate descărca din SICAP (noul SEAP) sau accesând site-ul instituției www.dspjism.ro , secțiunea Achiziții .

CRITERII DE ADJUDECARE:

Oferta cu "pretul cel mai scăzut" cu condiția îndeplinirii cerințelor tehnice minime din caietul de sarcini .

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele sunt declarate neconforme potrivit prevederilor art.137,al(3),litera a) din HG 395/2016

TERMEN LIMITĂ PRIMIRE OFERTE


- Termenul de primire a ofertelor este **13.09.2018 ora 12,00**
- Oferta va fi însoțită de un OPIS al documentelor
- *Oferta se va transmite fie pe e-mail la adresa achizitii@dspjism.ro sau poate fi depusă la sediul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare str. Avram Iancu nr. 16 etaj I. Secretariat cu mențiunea **OFERTĂ SPECTROMETRU CU FLORESCENȚA RAZELOR X (FRX) PORTABIL***
- **Ofertele intarziate nu vor fi luate in considerare .**

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- *Oferta declarată câștigătoare se va posta în SEAP sub denumirea SPECTROMETRU CU FLORESCENȚA RAZELOR X (FRX) PORTABIL*

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0261750482 -interior 216 Laborator toxicologie Chim.pr. Știer Ștefan sau interior 124 Compartiment Achiziții - Ec. Pantiş Dorina sau prin e-mail la adresa achizitii@dspjism.ro

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Mihai Macrina Livia



DIRECTOR EXEC.ADJ.ECONOMIC
Ec. Meghișan Marius

COMPARTIMENT ACHIZIȚII
Ec. Pantiş Dorina